

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: UMO-123

Vízmintá	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm ³)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2015.06.26	10	250	1800	0,48	19,2
Sárköz-1	Bátya	2015.06.26	10	250	1800	0,80	18,4
Ivóvíz	Foktő	2015.06.25	5	250	1800	0,88	18,4
Csapadék	Foktő	2015.06.23	3	500	1800	0,34	9,2

Foktő, 2015. július 13.