

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: UMO-123

Víz minta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm ³)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2016.06.26	10	250	1800	1,32	18,8
Sárköz-1	Bátya	2016.06.26	10	250	1800	0,88	19,6
Ivóvíz	Foktő	2016.06.25	5	250	1800	1,20	18,8
Csapadék	Foktő	2016.06.11	3	500	1800	0,60	9,4

Foktő, 2016. július 14.

Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó

