

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: UMO-123

Vízmintá	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm ³)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2016.03.14	10	250	1800	1,06	20,0
Sárköz-1	Bátya	2016.03.14	10	250	1800	0,968	20,4
Ivóvíz	Foktő	2016.03.15	5	250	1800	0,45	22,0
Csapadék	Foktő	2016.03.15	3	500	1800	0,48	10,2

Foktő, 2016. április 10.