

TEIT Vizeslabor - Bány

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

Víz minta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm <sup>3</sup> )	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bg/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2020.09.26	10	250	1800	1,84	18,8
Sárvíz-1	Bány	2020.09.14	10	250	1800	1,68	19,2
Ivóvíz	Foktő	2020.09.16	5	250	1800	1,88	18,8
Csapadék	Foktő	2020.09.25	3	500	1800	1,08	9,2

Kalocsa, 2020. okt. 4.



Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó