

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

Vízminta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm ³)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2020.12.10	10	250	1800	2,00	18,8
Sárköz-1	Bátya	2020.12.10	10	250	1800	1,40	20,0
Ivóvíz	Foktő	2020.12.11	5	250	1800	1,72	19,2
Csapadék	Foktő	2020.12.09	3	500	1800	1,02	9,2

Kalocsa, 2020. dec. 17.



Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó