

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: UMO-123

Víz minta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm ³)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2018.09.18	10	250	1800	1,16	18,4
Sárvíz-1	Bátya	2018.09.19	10	250	1800	1,64	17,6
Ivóvíz	Foktő	2018.09.18	5	250	1800	1,04	18,4
Csapadék	Foktő	2018.09.24	3	500	1800	0,86	8,6

Foktő, 2018. okt. 11.



Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó