

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: UMO-123

Vízminta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm <sup>3</sup> )	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2018.11.25	10	250	1800	0,96	19,2
Sárköz-1	Bátya	2018.11.26	10	250	1800	1,12	18,0
Ivóvíz	Foktő	2018.11.19	5	250	1800	1,04	18,8
Csapadék	Foktő	2018.11.19/20	3	500	1800	0,54	9,2

Foktő, 2018. dec. 2.



Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó