

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

Víz minta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm <sup>3</sup> )	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2020.03.21	10	250	1800	1,04	18,4
Sárköz-1	Bátya	2020.03.21	10	250	1800	0,96	19,6
Ivóvíz	Foktő	2020.03.23	5	250	1800	1,00	18,4
Csapadék	Foktő	2020.03.06	3	500	1800	0,54	9,2

Kalocsa, 2020. ápr. 8.



Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó