

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

Vízminta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm ³)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2022.02.20	10	250	1800	1,16	17,6
Sárfőz-1	Bátya	2022.02.20	10	250	1800	1,20	17,2
Ivóvíz	Foktő	2022.02.19	5	250	1800	1,04	18,4
Csapadék	Foktő	2022.02.21	3	500	1800	0,64	8,20

Foktő, 2022. márc. 2.



Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó