TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

Vízminta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm3)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentáció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2023.02.21	10	250	1800	1,08	18,0
Sárköz-1	Bátya	2023.02.22	10	250	1800	1,04	18,4
Ivóvíz	Foktő	2023.02.17	5	250	1800	1,08	18,0
Csapadék	Foktő	2023.02.26	3	500	1800	0,50	18,8

Foktő, 2023. 03. 07.

Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó