

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

Vízminta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm3)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2024.01.31	10	250	1800	2,36	17,6
Sárvíz-1	Bátya	2024.01.29	10	250	1800	3,16	16,4
Ivóvíz	Foktő	2024.01.14	5	250	1800	2,04	18,4
Csapadék	-	-	-	-	-	-	-

Foktő, 2024.02.02.



Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó