

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

Vízminta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm3)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2024.02.25	10	250	1800	2,32	17,6
Sárköz-1	Bátya	2024.02.21	10	250	1800	1,72	18,8
Ivóvíz	Foktó	2024.02.12	5	250	1800	1,64	19,2
Csapadék	Foktó	2024.02.11/12	3	500	1800	0,80	9,6

Foktó, 2024.03.01.



Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó