

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

Víz minta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm ³)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentráció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2024.08.17	10	250	1800	1,96	18,4
Sárvíz-1	Bátya	2024.08.17	10	250	1800	1,68	18,8
Ivóvíz	Foktő	2024.08.14	5	250	1800	1,13	20,4
Csapadék	Foktő	2024.08.17	3	500	1800	0,76	9,6

Foktő, 2024.09.04



Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó