

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

| Vízmintá | Mintavétel helye | Mintavétel ideje | minta térfogata (liter) | bepárolt mennyiség (cm ³) | mérés időtartama (s) | összes béta koncentráció (Bq/liter) | hiba (%) |
|----------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|
| Duna | Kalocsa-Meszes | 2024.12.15 | 10 | 250 | 1800 | 2,48 | 17,6 |
| Sárvíz-1 | Bátya | 2024.12.15 | 10 | 250 | 1800 | 2,12 | 18,0 |
| Ivóvíz | Foktő | 2024.12.16 | 5 | 250 | 1800 | 2,16 | 18,0 |
| Csapadék | Foktő | 2024.12.11 | 3 | 500 | 1800 | 1,12 | 9,0 |

Foktő, 2025.01.05.



Mintavételezés, mérés: Schramm Ottó