TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

Vízminta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm^3)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentáció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2026.01.17	10	250	3600	0,15	3,1
Sárköz-1	Bátya	2026.01.17	10	250	3600	0,06	3,3
Ivóvíz	Foktő	2026.01.19	5	250	3600	0,01	3,3
Csapadék	Foktő	2026.01.06/07	3	500	3600	*	*

* Nem kimutatható - a minta aktivitása a kritikai szintnél kisebb

A Duna, Sárköz-1, Ivóvíz minták aktivitásai a természetes vizek tartományába esnek

Foktő, 2026. 02. 02.