TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv

műszer: Berthold UMO-123

Vízminta	Mintavétel helye	Mintavétel ideje	minta térfogata (liter)	bepárolt mennyiség (cm^3)	mérés időtartama (s)	összes béta koncentáció (Bq/liter)	hiba (%)
Duna	Kalocsa-Meszes	2026.08.18	10	250	3600	0,455	3,2
Sárköz-1	Bátya	2026.08.18	10	250	3600	0,298	3,2
Ivóvíz	Foktő	2026.08.18	5	250	3600	0,158	3,3
Csapadék	Foktő	2026.08.18	3	500	3600	0,280	3,1

A Duna, Sárköz-1, ivóvíz, csapadék minták aktivitásai a természetes vizek tartományába esnek

Foktő, 2026. 09. 03.

Schramm Ottó